



Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00 Brno

tel. +420 545 555 111

www.cmi.cz

**Pracoviště:** Oblastní inspektorát Brno, Okružní 31, 638 00 Brno

Oddělení primární nanometrologie a technické délky, tel. +420 545 555 111, fax +420 545 555 183

## KALIBRAČNÍ LIST

6014-KL-H0361-23

**Datum vystavení** : 8. srpna 2023

List 1 z 1 listu

**Uživatel** : KSGP s.r.o.  
Vídeňská 734/41, 639 00 Brno

**Měřidlo** : Vodováha stavební

**Výrobce; typ** : HORIZONT

**Identifikační číslo** : KSGP - 04

**Rozsah** : 60 cm

**Metrolog. návaznost** : Měření jsou metrologicky návazná na (mezi)národní etalony

**Metoda kalibrace** : Přímá

**Místo kalibrace** : Oblastní inspektorát Brno, Okružní 31, 638 00 Brno

**Podmínky měření** : Teplota vzduchu ( $20 \pm 1$ ) °C

**Nejistota měření** :  $U = 0,1$  mm/m

Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA 4/02 M:2022. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k$ , který odpovídá pokrytí asi 95 %, což pro normální rozdělení odpovídá koeficientu  $k = 2$ .

Výsledky kalibrace byly získány za podmínek a s použitím postupu uvedených v tomto kalibračním listě a vztahují se pouze ke kalibrovanému měřidlu a k době a místu provedení kalibrace.

**Výsledky kalibrace** :

Odchylka od vodorovné roviny		
	[mm/m]	['']
horizontální libela	0,15	31
vertikální libela	0,15	31

**Datum kalibrace** : 8. srpna 2023

**Kalibraci provedl:**

**Zástupce vedoucího oddělení:**

Ivan Sláma



Ing. Václav Duchoň